



Dnia 21 sierpnia 2019 r.

**Dyrektor
Sądu Rejonowego w Otwocku**

Sygn. sprawy: Dyr.26-65/19

W związku z pytaniem Wykonawcy z dnia 20 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Otwocku uprzejmie informuję:

Pytanie

Proszę o dopuszczenie na zasadzie równoważności, defibrylatora o poniższych parametrach

Szczegółowy opis zamówienia

Parametry	
WARUNKI TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE	
Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny	
Użytkownik w czasie korzystania z urządzenia jest prowadzony przez jednoznaczne polecenie głosowe w języku polskim	
Rodzaj urządzenia	Automatyczny, przenośny defibrylator zewnętrzny AED z funkcją analizy rytmu serca, z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dzieci.
Stan defibrylatora	Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 nie będący przedmiotem wystawowym, ekspozycyjnym ani szkoleniowym, pozbawiony blokad serwisowych. Produkt I gatunku, pełnowartościowy.
Tryb pracy defibrylatora	Automatyczny z samoczynnym wyzwaniem impulsu.
Sygnalizacja sprawności, gotowości do pracy, defibrylatora	braku lub nieprawidłowym podłączeniu elektrod
	O prowadzonej analizie rytmu serca i ewentualnych zakłóceniach w tym komunikat o wykrytym ruchu pacjenta o wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia
	Gotowości urządzenia do pracy
	Technicznej sprawności lub jej braku
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEKTROD	
Minimum dwie pary elektrod samoprzylepnych. Na opakowaniu elektrod oraz na każdej elektrodzie dokładny rysunek, określający miejsce prawidłowego ich naklejenia.	
Możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami.	
Obudowa lub torba na urządzenie wyposażona w kieszeń do przechowywania dwóch kompletów elektrod	
Możliwość użycia elektrod pediatrycznych	
Zewnętrzna obudowa urządzenia ma być odporna na uszkodzenia mechaniczne	

(tworzywo zapewniające odporność na upadek z wysokości minimum 1 metra)
WYMAGANE AUTOTESTY
Urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej
Urządzenie posiada możliwość przeprowadzenia testów obwodów elektrycznych inicjowanych przez użytkownika
WYMAGANIA DOTYCZĄCE REJESTROWANIA I PRZENOSZENIA DANYCH
Możliwość rejestrowania takich danych jak zapis EKG, maksymalnie 15 min od momentu umieszczenia elektrod na klatce piersiowej pacjenta, informacja o stanie defibrylatora (całe zdarzenie) , informacje o decyzjach wynikających z analizy rytmu wykonywanej przez defibrylator (całe zdarzenie), informacja o upływie czasu w związku z zapisem informacji (całe zdarzenie)
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH PRACY URZĄDZENIA
Temperatura pracy i czuwania od 0°C do minimum 50°C
Wilgotność względna od 5% - 95%
Udokumentowana testami odporność na wibracje
Tolerancja na wstrząsy i upadki
WODOODPORNOŚĆ / SZCZELNOŚĆ
Minimum IP 55
Pyłoszczelny
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA
Bateria/e nieładowalna – okres żywotności minimum 5 lat
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTYCZNYCH
Algorytm postępowania według obowiązujących wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010r.
CERTYFIKATY
Deklaracja zgodności CE zgodna z dyrektywą medyczną 93/42/EEC PN-EN60601 lub równoważna
GWARANCJA
Minimum 7 lat na urządzenie
Minimum 4 lat na baterie
Minimum 2 lat na elektrody
SZAFKA WEWNĘTRZNA
Szafka wewnętrzna do przechowywania defibrylatora AED wewnątrz budynku Sądu. Fabrycznie nowa, wykonana z metalu lub tworzywo sztucznych wysokiej jakości. Część frontowa przezroczysta albo zawiera okienko inspekcyjne wykonane z materiału przeszklonego np. szkło , plexiglas czy poliwęglan w części odsłaniające defibrylator i umożliwiającej wizualną kontrolę stanu i sprawności urządzenia. Szafka dostosowana wielkością do proponowanego defibrylatora, nie większa niż 50x50x25 cm. Szafka wyposażona w alarm akustyczny i świetlny aktywujący się w momencie otwarcia szafki. Szafka zamykana na zamek umożliwiający pełne zamknięcie i otwarcie szafki bez użycia klucza w sposób zapewniający pełne zamknięcie.
MONTAŻ SZAFKI
Wykonawca zapewni montaż szafki do przechowywania defibrylatora w budynku Sądu.
OZNAKOWANIE MIEJSCA MONTAŻU I SZAFKI
Szafka do przechowywania defibrylatora zostanie oznakowana symbolem AED (zgodnie z przyjętym międzynarodowym oznakowaniem defibrylatorów)
Miejsce montażu zostanie oznakowane odpowiednim symbolem AED oraz instrukcją udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach zatrzymania krążenia z użyciem defibrylatora.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu tylko urządzenie opisane w Załączniku nr 1 do zaproszenia do złożenia Ofert na :Dostawę defibrylatora AED” tj. zgodnego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.