



Dnia 15 października 2019 r.

**Dyrektor
Sądu Rejonowego w Otwocku**

Sygn. sprawy: Dyr.26-80/19

Wykonawcy


W związku z zapytaniem z dnia 14 października 2019 roku Wykonawców Sąd Rejonowy w Otwocku uprzejmie informuję:

Pytanie:

„ Dzień dobry, w związku z postępowaniem na dostawę defibrylatora AED zwracamy się z prośbą o dopuszczenie baterii i elektrod o terminie przydatności 4 lata, jednocześnie z gwarancją darmowej wymiany na nową po każdorazowym użyciu co będzie ekonomicznie dużo lepszym rozwiązaniem. ”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do udziału w postępowaniu defibrylatora o takich parametrach.

*Dyrektor Sądu Rejonowego
w Otwocku*

Justyna Misior