



Dnia 18 października 2019 r.

**Dyrektor
Sądu Rejonowego w Otwocku**

Sygn. sprawy: Dyr.26-80/19

Wykonawcy

W związku z zapytaniami z dnia 17 października 2019 roku Wykonawców Sąd Rejonowy w Otwocku uprzejmie informuję:

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści urządzeniem którego specyfikacja podaje zakres temperatur pracy 0°C-50°C, a czuwanie 0°C - 43°C?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu tylko urządzenie o temperaturze pracy i czuwania od 0°C do minimum 50°C.

Pytanie:

Czy Zamawiający rozumie gwarancję elektrod jako żywotność?

Odpowiedź

Zamawiający przez gwarancję elektrod rozumie także ich żywotność. Elektrody z czasem wytrzymałości pięć lat oznaczają konieczność rzadszych wymian i ograniczonych działań konserwacyjnych oraz gwarantują, że defibrylator będzie gotowy do działania w razie potrzeby.

Pytanie

Czy w związku z pytaniem poprzednim Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada elektrody o żywotności 30 miesięcy?

Odpowiedź


Zamawiający nie dopuści do udziału w postępowaniu urządzenia o żywotności 30 miesięcy.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w wersji tzw. półautomatycznej (użytkownik inicjuje wywołanie wstrząsu po uprzednim komunikacie i zalecanej defibrylacji)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do udziału w postępowaniu urządzenia w wersji tzw. półautomatycznej.

Dyrektor Sądu Rejonowego
w Otwocku

Justyna Misior